Autotest à domicile

Instructions pour utilizer l'autotest iHealth COVID-19

1 → 2 → 3 → 4

1 : préparation du matériel

Votre kit de test contient :

- **Une carte de test COVID-19**

- **Un tube rempli de liquide pour le test**



- **Un coton-tige**

Lorsque vous êtes prêt.(e) à effectuer le test, ouvrez l'emballage de la carte de test COVID-19

2 : prélèvement de l'échantillon



Retirez le coton-tige de son emballage.

NE TOUCHEZ PAS LE BOUT DU COTON-TIGE AVEC LES DOIGTS.

Conservez l'emballage du coton-tige pour la suite.

Insérez délicatement tout le bout du coton-tige (entre 1,5 et 2 cm) dans l'une de vos narines.

Pour un enfant, la distance maximale d'insertion du coton-tige pourra être inférieure à 2 cm, et vous devrez peut-être demander à quelqu'un de lui tenir la tête pendant le prélèvement.

Faites tourner le coton-tige au moins 5 fois dans votre narine en frottant bien la paroi intérieure.

Tournez lentement en appuyant fermement: prenez au moins 15 secondes pour prélever l'échantillon et faites attention à recueillir tout l'écoulement nasal sur le coton-tige .

Répétez le processus pour l'autre narine, EN UTILISANT LE MEME COTON-TIGE.



Si vous ne prélevez pas suffisamment d'échantillon avec le coton-tige, le résultat pourrait être incorrect.

3 : réalisation du test

Tapotez le tube verticalement sur une table, puis ouvrez-le en dévissant le grand bouchon orange.

Faites tourner la pointe du coton-tige dans le fond du tube au moins 15 fois.



Appuyez sur les côtés du tube pour extraire le plus d'échantillon possible du coton-tige.

Attention : si vous ne pressez pas le coton-tige, l'échantillon pourrait être insuffisant pour réaliser le test correctement.

Retirez le coton-tige et revissez le grand bouchon orange sur le tube.

Remettez le coton-tige dans l'emballage pour le jeter.

4 : insertion de l'échantillon

Votre échantillon se trouve maintenant dans le tube.

Pour tester votre échantillon, dévissez le petit bouchon blanc pour ouvrir le tube. Déposez 3 gouttes de l'échantillon dans le champ rond découpé dans la carte de test COVID-19.

Attendez 15 minutes pour pouvoir lire vos résultats

Démarrez la minuterie immédiatement après avoir ajouté votre échantillon au port d'échantillonnage. Le résultat sera prêt dans 15 minutes et expirera après 30 minutes.

Un résultat faux négatif ou faux positif peut se produire si le résultat du test est lu avant 15 minutes ou après 30 minutes.

Interprétation des résultats

Résultats Positifs

Remarquez que la ligne T peut être pâle.

Un résultat POSITIF doit indiquer A LA FOIS une ligne C et une ligne T. Un résultat positif signifie que la personne est positive pour la COVID-19.

Allez sur mass.gov/COVIDselftest pour savoir quoi faire. Vous devriez contacter votre fournisseur de soins de santé au sujet de votre résultat positif, surtout si vous avez des problèmes de santé qui vous exposent à une maladie grave causée par la COVID-19.

Résultats Négatifs

Un résultat NEGATIF will show ONLY a C line. A negative result means the individual is presumed negative for COVID-19.

Un résultat négative n'exclut pas complètement la COVID-19. Si vous avez des symptômes de la COVID-19, surtout si vous savez que vous avez été exposé à une personne atteinte de la COVID-19, faites-vous tester dans un centre de dépistage ou répétez le test après 1 à 2 jours et consultez votre fournisseur de soins de santé.

Résultat invalide: S'il n'y a PAS DE LIGNE, ou s'i y a SEULEMENT une ligne T, le test n'a pas fonctionné correctement. Vous devrez refaire un test avec un nouveau kit de test. Si votre nouveau résultat est également invalide, faites vous tester sur un site de test ou contactez votre fournisseur de soins de santé.

Jeter le test de kit: Une fois le test terminé, jeter les composants du kit dans la poubelle.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur mass.gov/COVID19selftest